



# プリコーションセット (スタンダード)

## STANDARD PRECAUTION SET

AAMI 4

- ・耐水性に優れるPPEラミネート不織布ガウンを標準セットした感染対策製品
- ・米国規格協会 / 米国医療器具振興協会 PB70による性能分類  
最上位 **AAMI LEVEL 4 準拠** (衝撃透過性 $\leq 1.0$  g、耐水性 $\geq 500$ cm)
- ・マスクの仕様は**N95マスク** (WHO感染対策NIOSH認定品) セット
- ・各感染経路 (飛沫感染・接触感染) に対応する装備内容になります。

NIOSH認定  
N95マスク



ニトリルグローブ  
(インナー・アウター)

AAMI 4 防水アイソレーションガウン



フェイスガード装着時



生地国内カケンデータ

### 使用用途

医療従事者向け 感染症対策防護衣セット

新型感染症対策として、検査・検診時に用いるセットです  
薬剤耐性 (抗がん剤等) 性能を有するガウンです。

### チェック!



感染症対策備蓄品のほか、薬局・薬剤部での抗がん剤薬調整時における曝露防止・安全管理にも常時使用可能です。

| ■ AAMI LEVEL 4 準拠性能 (ASTM D6978-05) |               |       | ■ AAMI PB70 (米国規格協会 / 米国医療器具振興協会) PB70による性能分類 |                       |           |
|-------------------------------------|---------------|-------|---|-----------------------|-----------|
| 試験項目                                | 試験方法          | 試験結果  | レベル   | 試験方法                  | 基準値       |
| 液体透過性 (Liquid Permeability)         | ASTM D6978-05 | 500cm | 1   | 液体透過性 (ASTM D6978-05) | AAMI 4 準拠 |
| 衝撃透過性 (Impact Permeability)         | ASTM D6978-05 | 1.0g  | 2   | 衝撃透過性 (ASTM D6978-05) | AAMI 4 準拠 |
| 耐穿刺性 (Puncture Resistance)          | ASTM D6978-05 | 500cm | 3   | 耐穿刺性 (ASTM D6978-05)  | AAMI 4 準拠 |
| 耐熱性 (Heat Resistance)               | ASTM D6978-05 | 120°C | 4   | 耐熱性 (ASTM D6978-05)   | AAMI 4 準拠 |

### 構成品特徴

- 飛沫感染・接触感染に対し、液体防護性のあるガウン
- NIOSH 認定品のN95マスクをセット。
- インナーアウターニトリルグローブの2重構成。  
(色はブルー・ホワイト) ※調達の関係によりいずれかの色となります
- 通気性に優れたナースキャップ
- 飛沫防止用フェイスシールド  
※調達の関係によりブルー・イエローのいずれかの色となります
- 滑り止め加工付シューズカバー

### ■ 構成品

| 商品名                       | 数量  |
|---------------------------|-----|
| 1 フェイスシールド                | 1枚  |
| 2 ナースキャップ (ホワイト)          | 1枚  |
| 3 AAMI4 防水アイソレーションガウン     | 1枚  |
| 4 N95 マスク (折りたたみ式)        | 1枚  |
| 5 ゴーグル (密閉型)              | 1個  |
| 6 ニトリルグローブ PF (インナー・アウター) | 各1双 |
| 7 シューズカバー (短靴)            | 1足  |

PPE-ST-31 は、ゴーグル (密閉型) 設定がございません

プリコーションセットは、感染を完全に防げるものではありません。使用時に損傷・異常等が発生した場合には、直ちに使用を中止し医師の指示のもと廃棄を行ってください。

| 商品名                          | 商品番号      | サイズ  | 入数         | 定価     | 滅菌 | 備考      |
|------------------------------|-----------|------|------------|--------|----|---------|
| プリコーションセット<br>(スタンダード AAMI4) | PPE-ST-30 | FREE | 30 セット / 箱 | オープン価格 | -  |         |
|                              | PPE-ST-31 | FREE | 30 セット / 箱 | オープン価格 | -  | ゴーグル無仕様 |

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS  
**HEIL-BART**  
ハイルバート

◆営業本部  
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町 4-45 番地  
TEL 0584-87-1020 FAX 0584-87-1029

◆東日本営業所  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-5 スリーワンビル 802  
TEL 045-534-6809 FAX 045-534-6819